

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> (アナログユニット <ANALOG UNIT>)
 形名 <Model Number> (8927)
 製造番号 <Serial No.> (No. 123456789)
 検査年月日 <Test Date> (2011-10-11)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件 <Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
 電源周波数 <Supply Frequency> (60Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>	
				CH-A	CH-B
ゼロポジション確度 <Zero Position>	20mV/DIV	0 mV	± 0.800 mV (0.063 mV) (0.063 mV)
DC振幅確度 <Accuracy>	20mV/DIV	400 mV	± 1.00 mV (400.06 mV) (400.06 mV)
	50mV/DIV	1 V	± 0.0025 V (1.0002 V) (1.0002 V)
	100mV/DIV	2 V	± 0.0050 V (2.0003 V) (2.0003 V)
	200mV/DIV	4 V	± 0.0100 V (4.0006 V) (4.0006 V)
	500mV/DIV	10 V	± 0.025 V (10.002 V) (10.002 V)
	1 V/DIV	20 V	± 0.050 V (20.003 V) (20.003 V)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
(PASS)	()	()

No.8927-3