

検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 ('アナログユニット〈ANALOG UNIT〉)
 形名〈Model Number〉 (8934)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 111234567)
 検査年月日〈Test Date〉 (2011-11-03)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.0 °C, 60 %rh)
 電源周波数〈Supply Frequency〉 (60Hz)

項目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	試験点 〈Test Point〉	許容範囲 〈Tolerance〉	測定結果 〈Measured Value〉
ゼロポジション確度〈Zero Position〉				
	2 V/DIV	0 V	± 0.20 V	(0.08 V)
DCレンジ確度〈DC MODE Accuracy〉				
	2 V/DIV	DC 18 V	± 0.20 V	(18.08 V)
	5 V/DIV	DC 45 V	± 0.50 V	(45.20 V)
	10 V/DIV	DC 90 V	± 1.0 V	(90.4 V)
	20 V/DIV	DC 180 V	± 2.0 V	(180.8 V)
	50 V/DIV	DC 450 V	± 5.0 V	(452.0 V)
	100 V/DIV	DC 500 V	± 10 V	(504 V)
RMSレンジ確度〈RMS MODE Accuracy〉				
	2 V/DIV	AC50Hz 18 V	± 0.40 V	(18.08 V)
	5 V/DIV	AC50Hz 45 V	± 1.0 V	(45.2 V)
	10 V/DIV	AC50Hz 90 V	± 2.0 V	(90.4 V)
	20 V/DIV	AC50Hz 180 V	± 4.0 V	(180.8 V)
	50 V/DIV	AC50Hz 250 V	± 10 V	(252 V)
	100 V/DIV	AC50Hz 250 V	± 20 V	(254 V)

備考〈Note〉

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()

No.8934-7