

SAMPLE 検査成績表
〈TEST REPORT〉

1/1

品名〈Model Name〉 (接地抵抗計〈EARTH TESTER〉)
形名〈Model Number〉 (FT6031)^{*1}
製造番号〈Serial No.〉 (No. 210199731)
検査年月日〈Test Date〉 (2021-01-19)
 (<YYYY-MM-DD>)
検査条件〈Test Conditions〉 (22.2 °C, 37 %RH)

項目 ＜Item＞	レンジ ＜Range＞	入力 ＜Input＞	許容範囲 ＜Tolerance＞				校正値*2 ＜Calibration Value＞	
確度(3電極)＜Accuracy (3-Pole)＞								
20 Ω		1 Ω	0.91 Ω	Ω	～	1.09 Ω	Ω	(1.00 Ω)
		10 Ω	9.77 Ω	Ω	～	10.23 Ω	Ω	(10.01 Ω)
		18 Ω	17.65 Ω	Ω	～	18.35 Ω	Ω	(18.03 Ω)
200 Ω		22 Ω	21.3 Ω	Ω	～	22.7 Ω	Ω	(22.0 Ω)
		100 Ω	98.1 Ω	Ω	～	101.9 Ω	Ω	(99.6 Ω)
		180 Ω	176.9 Ω	Ω	～	183.1 Ω	Ω	(179.3 Ω)
2000 Ω		220 Ω	213 Ω	Ω	～	227 Ω	Ω	(220 Ω)
		1000 Ω	981 Ω	Ω	～	1019 Ω	Ω	(1000 Ω)
		1800 Ω	1769 Ω	Ω	～	1831 Ω	Ω	(1803 Ω)
確度(2電極)＜Accuracy (2-Pole)＞								
200 Ω		22 Ω	18 Ω	Ω	～	26 Ω	Ω	(22 Ω)
		100 Ω	95 Ω	Ω	～	105 Ω	Ω	(99 Ω)
		180 Ω	174 Ω	Ω	～	186 Ω	Ω	(179 Ω)
2000 Ω		220 Ω	213 Ω	Ω	～	227 Ω	Ω	(219 Ω)
		1000 Ω	981 Ω	Ω	～	1019 Ω	Ω	(996 Ω)
		1800 Ω	1769 Ω	Ω	～	1831 Ω	Ω	(1796 Ω)
確度(地電圧)＜Accuracy (Earth Potential)＞								
		0V / DC	-0.4 V	V	～	0.4 V	V	(0.0 V)
		28.0V / DC	27.3 V	V	～	28.7 V	V	(28.0 V)
		1.0V / 55Hz	0.2 V	V	～	1.8 V	V	(1.0 V)
		28.0V / 55Hz	26.6 V	V	～	29.4 V	V	(28.0 V)

備考〈Note〉

・ * 1 製品本体表記に基づき、形名欄への記載形名を以下のようにしています。〈The model number stated in this document correspond to the respective model number indicated on the instrument as listed below:〉

FT6031-03: FT6031

FT6031-50: FT6031-50, FT6031-90

・ * 2 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
(PASS)	()	()